

# 仕 様 書

## 1 目 的

この仕様書は、鹿島地方事務組合消防本部（以下「当本部」という。）が平成 29 年度に購入する搬送用保育器について必要な事項を定める。

## 2 仕 様

電 源	定格電圧 AC100V（動作電圧範囲±10%） 消費電力 220VA 周波数 50/60Hz
保護の形式と程度	クラス I 機器・BF 形装着部
器内温度設定範囲	23.0～38.0℃（0.1℃刻み）
警 報	過温、設定温度、電源供給、ファン、体温プローブ、システム
寸 法・重 量	本体：幅 975mm 奥行 475mm 高さ 425mm 重量約 23kg マットレス：幅 620mm 奥行 330mm 厚さ 30mm
付 属 品	防塵カバー ×1 手入窓用カバー（半絞り窓用） ×4 児固定バンド ×3 ニューモクリーン ×1 体温プローブ ×1 酸素センサー ×1 取扱説明書 ×1

## 3 規 格

アトムメディカル株式会社

インキュアーチ	コード：22033	1 式
SpO2（ネルコア）・酸素モニタ付（本体付属品含む）		
インキュアーチ用多目的ポール	コード：22049	1 本
インキュアーチ用やわらかフェンス	コード：22046	1 個
インキュアーチ用やわらか児固定バンド	コード：22047	1 個
酸素ボンベ 150L/携帯用	コード：22019	1 本
150L ボンベホルダー ポール取付式	コード：22014	1 個
セフティフローOX-202B 加湿器付/ボンベ取付式	コード：34520	1 個
搬入及び搬出費	コード：08999	1 式

## 5 納 期

契約締結日から 30 日以内

## 6 納 入

鹿嶋市宮中 4 6 2 3 番地 1 鹿嶋地方事務組合消防本部鹿嶋消防署

## 7 保 証

納入日より 1 年間は保証期間とする