

質問回答書

令和6年8月16日

件名 6感染防止衣購入(救急救助課)

番号	図面番号等	質問	回答
1	仕様書3(1)	「ポリエチレン(透過性フィルム)」と記載されておりますが、ポリプロピレンでも問題ないでしょうか。 指定の材質とは異なりますが、仕様書記載のバリア性能、透湿度の規格につきましては、満たしておりますがよろしいでしょうか。	差し支えありません。
2	仕様書ジャンパータイプ 上衣サイズ別寸法	Lサイズの着丈74cmがLLサイズの着丈74cmと同じ寸法となっておりますが、正しい数値でしょうか。 他のサイズとのバランスを見ると「72cm」が相当かと思われます。 ご確認をお願い出来ますでしょうか。	仕様書のとおりです。