

感染防止衣仕様書

1 事業名 7 感染防止衣購入（救急救助課）

2 品名 救急隊感染防止衣 ジャンパータイプ

3 規格

- (1) 生地 ポリプロピレン（不織布） / ポリエチレン（透過性フィルム）
- (2) 配色 ライトブルー、文字：紺色
- (3) 規格 感染防止衣は、血液バリア（JIS T 8060）及びウイルスバリア（JIS T 8061）共にクラス6に合格した生地を使用したものとし、透湿度 $5000 \text{ g/m}^2/24 \text{ h}$ 以上、生地一般は、色ムラ、汚れ、異物の混入等品質を損なう欠点のないものとする。
- (4) 付属 上衣 反射テープ6箇所（別図参照）
下衣 反射テープ2箇所（膝部）

4 数量 上衣 3000 着（サイズ M900 着、L1150 着、LL850 着、3L100 着）
下衣 3000 着（サイズ M900 着、L1150 着、LL850 着、3L100 着）

5 文字入れ 感染防止衣は、前面左胸ポケット上部に「鹿島地方消防本部」、背面に「鹿島地方消防本部」、書体は HGP 創英角ゴシック UB 体とし、不滅インク印刷とする。（別図参照）

6 納入場所 納品場所及び納品場所ごとの納品数量は以下のとおり


納品先	納品数量			
住所	M	L	LL	3L
鹿嶋市大字和 7 0 7 番地 4 大野消防署	上衣 150 下衣 150	上衣 150 下衣 150	上衣 150 下衣 150	
鹿嶋市大字宮中 4 6 2 3 番地 1 鹿嶋消防署	上衣 300 下衣 300	上衣 200 下衣 200	上衣 150 下衣 150	
神栖市東深芝 1 3 番地 鹿島港消防署	上衣 100 下衣 100	上衣 150 下衣 150	上衣 100 下衣 100	上衣 50 下衣 50
神栖市溝口 4 9 9 1 番地 5 神栖消防署	上衣 100 下衣 100	上衣 300 下衣 300	上衣 200 下衣 200	上衣 50 下衣 50
神栖市波崎 6 6 1 1 番地 波崎消防署	上衣 100 下衣 100	上衣 150 下衣 150	上衣 150 下衣 150	
神栖市土合本町二丁目 9 9 2 8 番地 1 2 波崎消防署土合分署	上衣 150 下衣 150	上衣 200 下衣 200	上衣 100 下衣 100	

7 納入期限 令和8年2月27日（金）

8 その他

- (1) 製品を納入する際、仕様書に適合しない製品がある場合には、速やかに適合するものと交換すること。
- (2) この仕様書に疑義がある場合、又は仕様書に明記されていない部分については、当本部の指示に従うこととし、必要な加工等を行うこと。

別図



○ 背面の文字表示

5.0cm ↑ ↓

鹿 島 地 方 消 防 本 部 ←HGP 創英角ゴシック UB

← 30cm →

○ 前面の文字表示

← 12cm →


2.5cm ↑ ↓ **鹿島地方消防本部** ←HGP 創英角ゴシック UB

ジャンパータイプ上衣 サイズ別寸法

(単位：cm・許容差±5%)

		サイズ				
		S	M	L	LL	3L
記号	首周り	48	50	52	54	56
	着丈	65	66	69	73	76
	肩幅	47	49	51	53	55
	胸囲	118	122	124	130	138
	袖丈	59	60	62	65	67

下衣



※ ■ 色は反射テープ

下衣 サイズ別寸法(単位：cm・許容差±5%)

		サイズ				
		S	M	L	LL	3L
記号	ウエスト	66～86	72～92	78～98	86～106	88～108
	ヒップ	112	118	125	135	148
	股下	78	82	85	87	92

